

# Anæstesiapparat: øget mobilitet

Annalie Jørgensen, Asta S. Fjeldsted, Eva Jacobsen, Jon Storm Madsen, Patrick Hansen

Vejledere: Claus Thorp Hansen, Torben Lenau, Hanne Lindegaard, Malene Keil Sørensen

Dameca A/S har udlånt et siesta mcm 970 anæstesiapparat.

Analyse:

- mobilitet vanskelig grundet løse slanger og ledninger
- stor vægt
- patient-"tilslutning" tager lang tid

Redesign:

- loftmonteret apparat på skinne
- alle slanger og ledninger skjult i teleskopsøjle og skinne
- enkel demontagemekanisme samt transporthjul

