

# Anæstesiapparat: ergonomi og fleksibilitet

Martin Aggerbeck, Andreas B. Justesen, Marie Louise H. Esmann, Kasper T. Jakobsen

Vejledere: Claus Thorp Hansen, Torben Lenau, Hanne Lindegaard, Malene Keil Sørensen

Dameca A/S har udlånt et siesta mcm 970 anæstesiapparat.

Analyse:

- lav ergonomisk fleksibilitet: siddende/stående brug, forskellige størrelse brugere
- brugerinterface: placering og justering af skærm og bord uhensigtsmæssig

Redesign:

- tre justerbare og skærme til fleksibilitet
- justerbart bord

